


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/04/2026 - 24/04/2026
Dias de utilização	3/3 dias (100%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	3 dias (100%)	
Horas de utilização	7 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/04/2026)	2,473 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881641
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 6.4	Máximo: 10.8	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.0	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881641

