


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização		11/12 dias (92%)
>= 4 horas		9 dias (75%)
< 4 horas		2 dias (17%)
Horas de utilização		70 horas 31 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 53 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 25 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 7 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)		7,787 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211023776
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.8	Percentil 95.º: 11.9	Máximo: 12.0	
Fugas — l/min	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 21.3	Máximo: 44.1	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 1.5	IAH: 2.4	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA				1.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211023776


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

