



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Maria Filomena Maciel Pinto de Oliveira

SOLICITADO POR: Dra. Ana Claudia Matos e Faria

DATA: 16/04/2026

IDADE: 67 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 5h17min, com duração do registro do fluxo durante 5h02min e a avaliação da saturação de O₂ durante 5h07min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 19,5/hora, sendo 6,7 apneia/hora e 12,7 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 26,7 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 96%, sendo a **média** de 91% e a **mínima** de 67%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 55; **máxima**: 95 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).

CONCLUSÃO:

Registro de aumento moderado do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (19,5/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e dessaturações oxi-hemoglobina, sendo muitas acentuadas e por longos períodos (**índice de dessaturação de oxigênio**: 17,4).

Registraram-se 6478 episódios respiratórios, sendo 21,4 a média por minuto – a frequência respiratória média noturna estava elevada.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 1342 eventos de ronco (267 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0%).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

CRM 69730 – RQE 40178

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52

Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008

Relatório de diagnóstico


Detalhes da gravação				16/04/2026
Dispositivo	ApneaLink Air			Tipo: III
Gravação	Início: 10:50pm	Fim: 4:07am	Duração - h:	5:17
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 11:00pm	Fim: 4:05am	Duração - h:	5:02
Avaliação saturação O2	Início: 11:00pm	Fim: 4:07am	Duração - h:	5:07

Estatísticas			
			
Índice de eventos	IER (IAH): 19.5	IA: 6.7	IH: 12.7
Supina	Tempo - h: 4:07	Porcentagem: 82.0	
	IER (IAH): 22.3	IA: 8.0	IH: 14.3
Não-supina	Tempo - h: 0:35	Porcentagem: 11.8	
	IER (IAH): 3.4	IA: 0.0	IH: 3.4
Em pé	Tempo - h: 0:18	Porcentagem: 6.2	
	IER (IAH): 12.9	IA: 3.2	IH: 9.7
Eventos totais	Apneias: 34	Hipopneias: 64	
AI	Obstrutiva: 6.6	Central: 0.2	Mista: 0.0 Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0	
Dessaturação de oxigênio	IDO: 26.7	Total: 137	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 96	Média: 91	Mais baixo: 67
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 35	Sat. <=85%: 6	Sat. <=80%: 2
	Sat. <=88%: 17	Tempo <=88%-h: 0:53	
Respirações	Total: 6478	Média/minuto: 21.4	Ronco: 1342
Pulso - bpm	Mín.: 55	Média: 68	Máx.: 95

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos



Saturação de

(%)

Valor inicial **96**
Média **91**
Mais baixo **67**

Pulso (bpm)

Mín. **55**
Média **68**
Máx. **95**

