

|                 |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Data de nasc:   | 01/12/1958                                                                | Organização: | FARIA E MATOS COMERCIO DE...     | Intervalo de datas:   | 24/04/2026 - 29/04/2026 |
| Referência:     |                                                                           | Morada:      | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA  | Data de configuração: | 24/04/2026              |
| ID do paciente: | MARIA FILOMENA MA...                                                      |              | São José dos Campos, SP 12243690 | Máscara:              |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  | App vinculado:        |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
| Dispositivos:   | DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J376246339891 |              |                                  |                       |                         |

### Equipa de cuidados médicos

|                            |                                                    |                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA | FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Informações de aderência à terapêutica 24/04/2026 - 29/04/2026

**A-Flex™**

### Resumo de aderência à terapêutica

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Intervalo de datas                      | 24/04/2026 - 29/04/2026 (6 dias)  |
| Dias com uso do aparelho                | 6 dias                            |
| Dias sem uso do aparelho                | 0 dias                            |
| Porcentagem de dias com uso do aparelho | 100,0%                            |
| Uso acumulado                           | 1 dia 5horas. 8 min. 12 segundos. |
| Uso máximo (1 dia)                      | 6horas. 44 min. 36 segundos.      |
| Média de uso (todos os dias)            | 4horas. 51 min. 22 segundos.      |
| Média de uso (dias de uso)              | 4horas. 51 min. 22 segundos.      |
| Uso mínimo (1 dia)                      | 11 segundos.                      |
| Porcentagem de dias com uso >= 4 horas  | 83,3%                             |
| Porcentagem de dias com uso < 4 horas   | 16,7%                             |
| Tempo total com soprador                | 1 dia 5horas. 8 min. 16 segundos. |

### Resumo de Auto-CPAP

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Pressão média de Auto-CPAP                 | 6,5 cmH2O    |
| Média de pico de pressão de Auto-CPAP      | 8,1 cmH2O    |
| De pressão do aparelho <= 90% do tempo     | 9,4 cmH2O    |
| Média do tempo em vazamento grande por dia | 10 segundos. |
| Média de IAH                               | 4,2          |

## Definições do Dispositivo a partir de 29/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

## Configurações do dispositivo

| Parâmetro                                        | Valor      |
|--------------------------------------------------|------------|
| Pressão mín.                                     | 4 cmH2O    |
| Pressão máx.                                     | 10 cmH2O   |
| Configuração A-Flex                              | 1          |
| Bloqueio A-Flex                                  | Desativado |
| Desativação automática                           | Ativado    |
| Ativação automática                              | Ativado    |
| Exibir telas opcionais                           | Ativado    |
| Tipo de rampa                                    | Desativado |
| Resistência da máscara                           | Desativado |
| Trava da resistência da máscara                  | Desativado |
| Tipo de tubo                                     | 15         |
| Trava do tipo de tubo                            | Desativado |
| Opti-Start                                       | Desativado |
| EZ-Start                                         | Desativado |
| Temperatura do tubo                              | 3          |
| Umidificador                                     | 3          |
| Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido | Adaptável  |

## Horas de uso



## Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

