


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização	6/8 dias (75%)	
>= 4 horas	3 dias (38%)	
< 4 horas	3 dias (38%)	
Horas de utilização	25 horas 14 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 12 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 37 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)	25 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032629
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 11.2	Máximo: 11.3	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.8	Máximo: 10.2	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.3	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032629


Utilização (horas)



Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032629



Máximo (méd.)

% 95.º (méd.)


Mediana (méd.)

25

18

16

Frequência respiratória (respirações/min)



Day	Máximo (méd.)	% 95.º (méd.)	Mediana (méd.)
29	25	18	16
1	25	18	16
3	25	18	16
5	25	18	16

Máximo (méd.)

% 95.º (méd.)


Mediana (méd.)

11,9

8,5

6,9

Ventilação por minuto (l/min)



Day	Máximo (méd.)	% 95.º (méd.)	Mediana (méd.)
29	11,9	8,5	6,9
1	11,9	8,5	6,9
3	11,9	8,5	6,9
5	11,9	8,5	6,9

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032629

Care Check-In

Não há dados disponíveis porque o usuário se recusou a responder as perguntas de terapia, esse recurso foi desativado no dispositivo do usuário ou o usuário não autorizou compartilhar seus dados com o myAir.

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento