


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/04/2026 - 29/04/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		52 horas 20 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 29 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 29 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 11 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/04/2026)		52 horas

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032384
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.2	Máximo: 9.3	
Fugas — l/min	Mediana: 6.9	Percentil 95.º: 26.2	Máximo: 35.1	
Eventos por hora	IA: 3.5	IH: 1.0	IAH: 4.5	
Índice de apneia	Central: 1.7	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				21 minutos (5%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032384


Utilização (horas)




Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)




IAH (eventos/hora)



Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032384



Máximo (méd.)

% 95.º (méd.)


Mediana (méd.)

26

20

18

Frequência respiratória (respirações/min)



Data	Máximo (méd.)	% 95.º (méd.)	Mediana (méd.)
23	26	20	18
25	26	20	18
Dom	26	20	18
27	26	20	18
29	26	20	18

Máximo (méd.)

% 95.º (méd.)


Mediana (méd.)

13,8

8,5

6,0

Ventilação por minuto (l/min)



Data	Máximo (méd.)	% 95.º (méd.)	Mediana (méd.)
23	13,8	8,5	6,0
25	13,8	8,5	6,0
Dom	13,8	8,5	6,0
27	13,8	8,5	6,0
29	13,8	8,5	6,0

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032384

Care Check-In

Não há dados disponíveis porque o usuário se recusou a responder as perguntas de terapia, esse recurso foi desativado no dispositivo do usuário ou o usuário não autorizou compartilhar seus dados com o myAir.

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento