


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/11/2025 - 17/12/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	17 dias (57%)	
< 4 horas	12 dias (40%)	
Horas de utilização	114 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 57 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/12/2025)	3,845 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22222396123
Modo	CPAP
Pressão definida	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 7.0	Percentil 95.º: 35.0	Máximo: 41.8	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.0	IAH: 0.2	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22222396123

Utilização (horas)


Dias de utilização **29/30 (97 %)**
>= 4 horas dias **17 (57 %)**
< 4 horas dias **12 (40 %)**
Dias sem utilização **1 (3 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **4,0 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **41,8**
% 95.º (méd.) **35,0**
Mediana (méd.) **7,0**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **12,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.2**
IH **0.0**
IA **0.2**
IAC **0.1**
IAO **0.0**
IAD **0.0**
RERA **0.0**
%RCS (méd.) **0.0**

