

Data de nasc:	02/06/1957	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	02/02/2026 - 03/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	18/09/2024
ID do paciente:	ZILSON GALDINO DA...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J3669216956D5				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 02/02/2026 - 03/03/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	02/02/2026 - 03/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	7 dias 15horas. 54 min. 6 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 18 min. 35 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 7 min. 48 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 20 min. 29 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5 min. 55 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	83,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	16,7%
Tempo total com soprador	7 dias 15horas. 54 min. 45 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	2,1
Pressão CPAP	11,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 03/03/2026

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	11 cmH ₂ O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	7,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	5
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Configuração variou

