


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/08/2025 - 02/09/2025
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	11 dias (85%)	
< 4 horas	1 dias (8%)	
Horas de utilização	73 horas 34 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/09/2025)	73 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260535
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.3	Percentil 95.º: 8.2	Máximo: 71.6	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.3	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260535


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

