


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/08/2025 - 20/08/2025
Dias de utilização	15/15 dias (100%)	
>= 4 horas	14 dias (93%)	
< 4 horas	1 dias (7%)	
Horas de utilização	99 horas 1 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 36 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/08/2025)	5,302 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549748
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.2	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 1.8	Percentil 95.º: 12.4	Máximo: 64.2	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.4	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

