


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/09/2025 - 22/10/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	25 dias (83%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	171 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 55 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/10/2025)	358 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260535
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.0	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 86.3	
Eventos por hora	IA: 1.7	IH: 0.3	IAH: 2.0	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.7
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260535

Utilização (horas)


Dias de utilização **29/30 (97 %)**
>= 4 horas dias **25 (83 %)**
< 4 horas dias **4 (13 %)**
Dias sem utilização **1 (3 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,9 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **86,3**
% 95.º (méd.) **10,4**
Mediana (méd.) **1,0**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **2.0**
IH **0.3**
IA **1.7**
IAC **0.4**
IAO **0.5**
IAD **0.7**
RERA **0.2**
%RCS (méd.) **0.0**

