


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/03/2026 - 23/04/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	181 horas 32 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/04/2026)	1,396 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260535
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 11.0	Máximo: 92.4	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.2	IAH: 2.0	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.8
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260535


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

