

Data de nasc:	22/08/1956	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	05/10/2025 - 03/11/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	16/06/2025
ID do paciente:	GENTIL DONIZETTI ...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624630AA0A				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 05/10/2025 - 03/11/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	05/10/2025 - 03/11/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	25 dias
Dias sem uso do aparelho	5 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	83,3%
Uso acumulado	2 dias 6 horas. 26 min. 43 segundos.
Uso máximo (1 dia)	4 horas. 36 min. 33 segundos.
Média de uso (todos os dias)	1 horas. 48 min. 53 segundos.
Média de uso (dias de uso)	2 horas. 10 min. 40 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	28 min. 20 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	6,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	93,3%
Tempo total com soprador	2 dias 17 horas. 7 min. 26 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	19 min. 22 segundos.
Média de IAH	18,3
Pressão CPAP	9,0 cmH2O

Definições do Dispositivo a partir de 03/11/2025

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9 cmH2O
Configuração C-Flex	2
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Ativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

