

Data de nasc:	22/08/1956	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	11/07/2025 - 29/07/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	16/06/2025
ID do paciente:	GENTIL DONIZETTI ...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624630AA0A				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 11/07/2025 - 29/07/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/07/2025 - 29/07/2025 (19 dias)
Dias com uso do aparelho	16 dias
Dias sem uso do aparelho	3 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	84,2%
Uso acumulado	1 dia 5 horas. 6 min. 30 segundos.
Uso máximo (1 dia)	6 horas. 19 min. 30 segundos.
Média de uso (todos os dias)	1 horas. 31 min. 55 segundos.
Média de uso (dias de uso)	1 horas. 49 min. 9 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	41 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	5,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	94,7%
Tempo total com soprador	1 dia 9 horas. 40 min. 20 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	10,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	13,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	13,3 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	3 min. 34 segundos.
Média de IAH	22,5


Definições do Dispositivo a partir de 29/07/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Ativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Ativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

