



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO
04/09/2025 a 03/10/2025

Paciente 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 03/10/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente

 **Dados do Equipamento**

Máquina: YH690B-246010257

Modo: APAP

Pressão Inicial: 5 cmH2O

Pressão de terapia: 6 cmH2O

Rampa: 5 minutos

Nível de FPS: 1 cmH2O

Umidificação: Nível 165

 **Utilização**

Dias de utilização: 29/30 dias (96%)

≥ 4 horas: 29 dias (96%)

< 4 horas: 0 dias (0%)

Horas de utilização: 232h20

Utilização média (por dia): 8h0

 **Terapia**

Pressão (cmH2O):
Mediana: 7.7
Percentil 90.º: 7.9
Máximo: 7.9

Fugas (L/min):
Mediana: 0.8
Percentil 90.º: 1.4
Máximo: 5.8

Eventos por hora:
IA 1.17
IH 3.02
IAC 0.19
IAH 4.19



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO


04/09/2025 a 03/10/2025

Paciente: 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 03/10/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Utilização



● Uso 8h1

Valores médios dos indicadores


Fuga



● Fuga 1.11

Valores médios dos indicadores


Pressão



● Pressão APAP 7.76
● Pressão CPAP 7.47
● FPS 1.00

Valores médios dos indicadores

Eventos



● IA 1.17
● IH 3.02
● IAC 0.19
● IAH 4.19

Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)


Gerado por
sac@gaslive.com.br

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO
04/09/2025 a 03/10/2025

Paciente: 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 03/10/2025 - Pág. 2/2

Ronco



Valores médios dos indicadores