



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO
06/11/2025 a 05/12/2025

Paciente 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/12/2025 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010257
Modo: APAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão de terapia: 6 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Automático



Utilização

Dias de utilização: 29/30 dias (96%)
≥ 4 horas: 28 dias (93%)
< 4 horas: 1 dias (3%)
Horas de utilização: 201h42
Utilização média (por dia): 6h57



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 7.9	Mediana: 0.2	IA 0.81
Percentil 90.º: 7.9	Percentil 90.º: 1.0	IH 1.19
Máximo: 8.17	Máximo: 1.9	IAC 0.09
		IAH 2.01



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO


06/11/2025 a 05/12/2025

Paciente: 9617
Idade: 63 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/12/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Utilização



Valores médios dos indicadores

Uso 6h57


Fuga



Valores médios dos indicadores

Fuga 0.40


Pressão



Valores médios dos indicadores

Pressão APAP 7.89
Pressão CPAP 0.00
FPS 1.00

Eventos



Valores médios dos indicadores

IA 0.81
IH 1.19
IAC 0.09
IAH 2.01



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

06/11/2025 a 05/12/2025

Paciente **9617**
Idade: **63 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 05/12/2025 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

65.31

Valores médios dos indicadores

