


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/08/2025 - 21/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	195 horas 3 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/09/2025)	3,163 horas	

AirCurve 10 VAuto	
Número de série	22221872710
Modo	VAuto
IPAP máx.	15 cmH2O
EPAP mín.	11 cmH2O
Pressão de suporte	3 cmH2O

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 29.6	Máximo: 36.9	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 0.2	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	0.0

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872710


Utilização (horas)




Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)




Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872710

Volume corrente (ml)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)




Frequência respiratória (respirações/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)


Respirações espontâneas

Ciclado



Ventilação por minuto (l/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)



Relação I:E (mediana em %)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

%E
%I

