

RONALDO ADRIANO PIO	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

fla adaptado, porém cf fuga de ar. Jue

25/03 $P = 8.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
22 $IAH = 0.9 / \text{hr}$

$Fuga = 26.2$

Oriento ajuste

Jue

11/07 $P = 8.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
25 $IAH = ?$
 Troco a másc. pl

D. Wear (L)

Troco o filtro

HAS - Plus Plus 5mg
 DM-II [glicage / glicavie
 Azocor
 Artrovastatina



SOMNIO
RUA SANTA ELZA 418
SAO JOSE DOS CAMPOS
São Paulo 12243690

E-mail: somnio.som@gmail.com

PINO, RONALDO ADRIANO

20/12/2021 - 25/12/2021

Data nascimento: 06/07/1972

Idade: 49 anos

AirView™

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/12/2021 - 25/12/2021
Dias de utilização		5/6 dias (83%)
Dias de utilização		3 dias (50%)
>= 4 horas		2 dias (33%)
< 4 horas		21 horas 34 minutos
Horas de utilização		3 horas 36 minutos
Utilização média (total de dias)		4 horas 19 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 22 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		73 horas
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/12/2021)		

AirSense 10 AutoSet		22211126040
Número de série		AutoSet
Modo		5 cmH2O
Pressão mín.		10 cmH2O
Pressão máx.		Tempo total
EPR		2
Nível de EPR		Padrão
Resposta		

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 10.6	Percentil 95.º: 21.6	Máximo: 34.1	
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 0.6	IAH: 2.6	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecido: 1.6	
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

