


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/09/2025 - 25/09/2025
Dias de utilização	22/22 dias (100%)	
>= 4 horas	22 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	159 horas 11 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/09/2025)	4,267 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222315966
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.3	Percentil 95.º: 22.0	Máximo: 35.3	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.6	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222315966

Utilização (horas)

Dias de utilização **22/22 (100 %)**

>= 4 horas dias

22 (100 %)


< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,2 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **35,3**

% 95.º (méd.) **22,0**

Mediana (méd.) **5,3**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **8,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC **0,0**

IAO **0,2**

IAD **0,0**

RERA **0,1**

%RCS (méd.) **0,0**

