


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/08/2025 - 02/09/2025
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	38 horas 56 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 40 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/09/2025)	4,101 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222315966
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 17.0	Máximo: 23.5	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.7	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222315966

