


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/09/2025 - 22/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	217 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/10/2025)	4,462 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222315966
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 23.2	Máximo: 35.2	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.8	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222315966


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

