



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Neylor dos Santos Pereira

SOLICITADO POR: Dra. Ana Cláudia Matos e Faria

DATA: 26/07/2025

IDADE: 39 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 6h37min, com duração do registro do fluxo durante 6h15min e a avaliação da saturação de O₂ durante 6h26min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 14,4/hora, sendo 0,2 apneia/hora e 14,2 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 22,2 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 95%, sendo a **média** de 92 e a **mínima** de 80%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 42; **máxima**: 109 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).


CONCLUSÃO:

Registro de aumento leve do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (14,4/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de dessaturações da oxi-hemoglobina, sendo diversas acentuadas (**índice de dessaturação de oxigênio**: 22,2).

Registraram-se 6161 episódios respiratórios, sendo 16,4 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 2335 eventos de ronco (374 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).



Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52

Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação

26/07/2025

Dispositivo	ApneaLink Air		Tipo:	III
Gravação	Início: 11:16pm	Fim: 5:54am	Duração - h:	6:37
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 11:26pm	Fim: 5:52am	Duração - h:	6:15
Avaliação saturação O2	Início: 11:26pm	Fim: 5:54am	Duração - h:	6:26

Estatísticas

				
Índice de eventos	IER (IAH):	14.4	IA:	0.2
			IH:	14.2
Supina	Tempo - h	0:43	Porcentagem:	11.7
	IER (IAH):	35.5	IA:	1.4
			IH:	34.1
Não-supina	Tempo - h	5:31	Porcentagem:	88.3
	IER (IAH):	11.6	IA:	0.0
			IH:	11.6
Em pé	Tempo - h	0:00	Porcentagem:	0.0
	IER (IAH):	0.0	IA:	0.0
			IH:	0.0
Eventos totais	Apneias:	1	Hipopneias:	89
AI	Obstrutiva:	0.2	Central:	0.0
	Mista:	0.0	Não classificado:	0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h:	0:00	Porcentagem:	0
Dessaturação de oxigênio	IDO:	22.2	Total:	143
% Saturação de oxigênio	Valor inicial:	95	Média:	92
	Mais baixo:	80		
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%:	10	Sat. <=85%:	0
	Sat. <=80%:	0		
	Sat. <=88%:	3	Tempo<=88%-h:	0:12
Respirações	Total:	6161	Média/minuto:	16.4
	Ronco:	2335		
Pulso - bpm	Mín.:	42	Média:	69
	Máx.:	109		

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

