


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/10/2025 - 24/11/2025
Dias de utilização	14/30 dias (47%)	
>= 4 horas	9 dias (30%)	
< 4 horas	5 dias (17%)	
Horas de utilização	59 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 0 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 40 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/11/2025)	4,405 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191750992
Modo	CPAP
Pressão definida	8.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 9.9	Percentil 95.º: 27.3	Máximo: 56.1	
Eventos por hora	IA: 4.6	IH: 0.1	IAH: 4.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 3.5	Desconhecid	1.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191750992


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

