

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

15/12/2025 - 13/01/2026

Dias de utilização	30/30 dias (100%)
>= 4 horas	29 dias (97%)
< 4 horas	1 dias (3%)
Horas de utilização	184 horas 26 minutos
Utilização média (total de dias)	6 horas 9 minutos
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 9 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 9 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/01/2026)	3,850 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22222291886
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 3.4	Percentil 95.º: 21.2	Máximo: 32.2
Eventos por hora	IA: 4.1	IH: 1.5	IAH: 5.6
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 3.2	Desconhecid 0.1
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

