


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/10/2025 - 17/11/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	188 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/11/2025)	2,270 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882362
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.2	Percentil 95.º: 24.7	Máximo: 34.3	
Eventos por hora	IA: 4.0	IH: 1.3	IAH: 5.3	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 3.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	3 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882362


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

