


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/08/2025 - 31/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	188 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 31/08/2025)	1,791 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882362
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.2	Percentil 95.º: 18.0	Máximo: 23.5	
Eventos por hora	IA: 3.6	IH: 1.2	IAH: 4.8	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 2.8	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882362


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

