


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/02/2026 - 10/03/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	204 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/03/2026)	4,217 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291886
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 13.7	Máximo: 17.2	
Eventos por hora	IA: 3.7	IH: 1.1	IAH: 4.8	
Índice de apneia	Central: 1.5	Obstrutiva: 2.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	3 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

