


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/04/2026 - 11/05/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	192 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/05/2026)	4,619 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291886
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.3	Percentil 95.º: 16.6	Máximo: 23.3	
Eventos por hora	IA: 4.0	IH: 1.6	IAH: 5.6	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 2.8	Desconhecid	0.1
Índice RERA	1.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	3 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

