

**VIEIRA, ADRIANO JOSE****Relatório de resumo**

|                 |                                                                           |              |                                                                     |                       |                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Data de nasc:   | 20/05/1981                                                                | Organização: | FARIA E MATOS COMERCIO DE...                                        | Intervalo de datas:   | 13/08/2025 - 09/09/2025 |
| Referência:     |                                                                           | Morada:      | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA<br>São José dos Campos, SP 12243690 | Data de configuração: | 02/04/2025              |
| ID do paciente: | ADRIANO JOSEVIEIR...                                                      |              |                                                                     | Máscara:              |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                                                     | App vinculado:        |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                                                     |                       |                         |
| Dispositivos:   | DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J30538357E4CD |              |                                                                     |                       |                         |

**Equipa de cuidados médicos**

|                            |                                                    |                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA | FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Informações de aderência à terapêutica** 13/08/2025 - 09/09/2025**Resumo de aderência à terapêutica**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Intervalo de datas                      | 13/08/2025 - 09/09/2025 (28 dias)    |
| Dias com uso do aparelho                | 22 dias                              |
| Dias sem uso do aparelho                | 6 dias                               |
| Porcentagem de dias com uso do aparelho | 78,6%                                |
| Uso acumulado                           | 3 dias 20horas. 46 min. 24 segundos. |
| Uso máximo (1 dia)                      | 7horas. 55 min. 30 segundos.         |
| Média de uso (todos os dias)            | 3horas. 18 min. 48 segundos.         |
| Média de uso (dias de uso)              | 4horas. 13 min. 1 segundos.          |
| Uso mínimo (1 dia)                      | 30 min. 19 segundos.                 |
| Porcentagem de dias com uso >= 4 horas  | 39,3%                                |
| Porcentagem de dias com uso < 4 horas   | 60,7%                                |
| Tempo total com soprador                | 3 dias 20horas. 55 min. 29 segundos. |

**Resumo CPAP**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Média do tempo em vazamento grande por dia | 35 segundos. |
| Média de IAH                               | 2,0          |
| Pressão CPAP                               | 8,5 cmH2O    |



Definições do Dispositivo a partir de

09/09/2025

Modo do aparelho

CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

| Parâmetro                                        | Valor      |
|--------------------------------------------------|------------|
| Auto-Trial                                       | Desativado |
| Pressão CPAP                                     | 8,5 cmH2O  |
| Configuração C-Flex                              | 1          |
| Bloqueio C-Flex                                  | Desativado |
| Desativação automática                           | Ativado    |
| Ativação automática                              | Ativado    |
| Exibir telas opcionais                           | Ativado    |
| Tipo de rampa                                    | SmartRamp  |
| Tempo de rampa                                   | 5 minutos  |
| Pressão inicial de rampa                         | 6,0 cmH2O  |
| Resistência da máscara                           | Desativado |
| Trava da resistência da máscara                  | Desativado |
| Tipo de tubo                                     | 15         |
| Trava do tipo de tubo                            | Desativado |
| EZ-Start                                         | Desativado |
| Temperatura do tubo                              | 3          |
| Umidificador                                     | 4          |
| Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido | Adaptável  |

