


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 01/08/2025 - 30/08/2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 29/30 dias (97%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 29 dias (97%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 196 horas 53 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 6 horas 34 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 47 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 55 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 30/08/2025) | 5,847 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22211849372  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 8.8 cmH2O    |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 2            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 1.5   | Percentil 95.º: 19.2 | Máximo: 27.2 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.7        | IH: 1.1              | IAH: 1.8     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.5   | Obstrutiva: 0.2      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 0.5            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22211849372


## Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**  
>= 4 horas dias **29 (97 %)**  
< 4 horas dias **0 (0 %)**  
Dias sem utilização **1 (3 %)**  
Dias sem dados **0 (0 %)**  
  
Utilização/dia (méd.) **6,8 h**




## Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**  
  
Máximo (méd.) **27,2**  
% 95.º (méd.) **19,2**  
Mediana (méd.) **1,5**



## Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**  
Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**  
  
Pressão definida **8,8**



## IAH (eventos/hora)

IAH **1.8**  
IH **1.1**  
IA **0.7**  
IAC **0,5**  
IAO **0,2**  
IAD **0,0**  
RERA **0,5**  
%RCS (méd.) **0.1**

