

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

06/03/2026 - 04/04/2026

Dias de utilização	30/30 dias (100%)
>= 4 horas	27 dias (90%)
< 4 horas	3 dias (10%)
Horas de utilização	155 horas 15 minutos
Utilização média (total de dias)	5 horas 11 minutos
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 11 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 28 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/04/2026)	3,240 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22201153190
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 18.6	Percentil 95.º: 32.1	Máximo: 37.8
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.3	IAH: 1.6
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid 0.4
Índice RERA	2.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153190

Utilização (horas)

