


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/07/2025 - 05/08/2025	
Dias de utilização		12/14 dias (86%)	
>= 4 horas		7 dias (50%)	
< 4 horas		5 dias (36%)	
Horas de utilização		49 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)		3 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/08/2025)		1,911 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222039539	
Modo		CPAP	
Pressão definida		8.4 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 7.5	Máximo: 18.4
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.9	IAH: 2.4
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid 0.1
Índice RERA		1.9	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039539

Utilização (horas)

Dias de utilização **12/14 (86 %)**


>= 4 horas dias **7 (50 %)**

< 4 horas dias **5 (36 %)**

Dias sem utilização **1 (7 %)**

Dias sem dados **1 (7 %)**

Utilização/dia (méd.) **4,2 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **18,4**

% 95.º (méd.) **7,5**

Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **8,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **2.4**

IH **0.9**

IA **1.5**

IAC **0.3**

IAO **1.1**

IAD **0.1**

RERA **1.9**

%RCS (méd.) **0.0**

