


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/02/2026 - 25/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	222 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/03/2026)	2,857 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22181040948
Modo	CPAP
Pressão definida	8.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.8	Percentil 95.º: 18.9	Máximo: 37.1	
Eventos por hora	IA: 12.2	IH: 2.6	IAH: 14.8	
Índice de apneia	Central: 10.0	Obstrutiva: 1.5	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22181040948


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

