


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/09/2025 - 15/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	260 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/10/2025)	1,684 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22181040948
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 15.8	Máximo: 32.0	
Eventos por hora	IA: 13.7	IH: 2.7	IAH: 16.4	
Índice de apneia	Central: 11.4	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22181040948


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

