


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/11/2025 - 15/12/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	195 horas 9 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/12/2025)	2,120 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22181040948
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 10.2	Máximo: 20.8	
Eventos por hora	IA: 13.4	IH: 2.3	IAH: 15.7	
Índice de apneia	Central: 9.5	Obstrutiva: 3.6	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22181040948


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

