


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/12/2025 - 19/01/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	210 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/01/2026)	2,362 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22181040948
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.5	Percentil 95.º: 17.2	Máximo: 31.8	
Eventos por hora	IA: 11.7	IH: 2.2	IAH: 13.9	
Índice de apneia	Central: 9.5	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22181040948


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

