


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/08/2025 - 20/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	264 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/09/2025)	1,468 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22181040948
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.8	Percentil 95.º: 19.0	Máximo: 32.6	
Eventos por hora	IA: 12.0	IH: 2.4	IAH: 14.4	
Índice de apneia	Central: 9.5	Obstrutiva: 2.0	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22181040948


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

