


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/01/2026 - 02/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	205 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/02/2026)	2,018 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882360
Modo	CPAP
Pressão definida	11.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 20.3	Máximo: 33.8	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.3	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882360

