


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/09/2025 - 06/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	197 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 36 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/10/2025)	1,239 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882360
Modo	CPAP
Pressão definida	11.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.6	Percentil 95.º: 9.5	Máximo: 16.2	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.6	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882360


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

