

Data de nasc:	13/07/1957	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	30/09/2025 - 29/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	16/07/2025
ID do paciente:	NEUSA DE FATIMA M...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624603B2F9				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 30/09/2025 - 29/10/2025**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	30/09/2025 - 29/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	8 dias 18horas. 41 min. 45 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 19 min. 40 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 1 min. 23 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 1 min. 23 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 1 min. 33 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	93,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	6,7%
Tempo total com soprador	8 dias 18horas. 42 min.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	28 segundos.
Média de IAH	2,0
Pressão CPAP	8,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 29/10/2025

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	8 cmH2O
Configuração C-Flex	2
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

