

DADOS DO PACIENTE

Nome: VANDERLITA PEREIRA Telefone: —  
 Identificação Paciente: — E-mail: —  
 Data de Nascimento: 21 jan 1975 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAHL: 0,5 Média de Utilização (h:min): 6:28 Adesão Tto.\*: 100 %  
 \* Últimos 30 Dias  
 % noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 14 out 2025

EQUIPAMENTOS

EM 12 nov 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 1,0  
 Nº de Série: 201226F2D Alívio Expiratório: 1 cmH<sub>2</sub>O  
 Modo: Auto SensAwake: Ligado  
 Pressão Mín. Ajustada: 5,0 cmH<sub>2</sub>O Pressão do SensAwake: 4,0 cmH<sub>2</sub>O  
 Pressão Máx. Ajustada: 12,0 cmH<sub>2</sub>O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS

14 out 2025 - 12 nov 2025

INÍCIO DA TERAPIA

16 ago 2021 - 12 nov 2025

Total de Dias:

Utilização: 30 (100 %) 1516 (98 %)  
 Utilização ≥ 4 horas: 30 (100 %) 1468 (95 %)  
 Não Utilizado: 0 (0 %) 34 (2 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia): 6:28 6:45  
 Média de Utilização (Todos os Dias): 6:28 6:36  
 Total Func.: 194:18 10284:30

EFICÁCIA\*\*

IAH: 0,5 Duração das Apneias: 15 s IAC: 0,1  
 Pressão: 5 cmH<sub>2</sub>O Pressão de 90º Percentil: 6 cmH<sub>2</sub>O À Pressão Máxima: 0 %  
 Vazamento do Sistema: 30 L/min Vazamento no 90º Percentil: 40 L/min Vazamento Alto: 10 %  
 Nº de Ativações do SensAwake: 8 por noite SensAwake Ligado: 100 %


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 24 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 6:28  
 Dias de Utilização: 100 %  
 Total Func.  
 Total de Utilização  
 Utilização <4 h  
 Umidif.



DADOS DO PACIENTE

Nome: VANDERLITA PEREIRA Telefone: —  
 Identificação Paciente: — E-mail: —  
 Data de Nascimento: 21 jan 1975 Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 0,5  
 IAC: 0,1  
 IAO: 0,1  
 IH: 0,3

IAH Total

IAH = 5



PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O


Média: 5,0  
 90º Percentil: 6,0

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx



VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 30  
 90º Percentil: 40

Média

90º Percentil

Vazamento Alto



UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 6:28  
 Dias de Utilização: 100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h


Umidif.



RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —

Histórico de Prescrições




06 nov 2025

qui 06 nov 2025 21:03 -  
sex 07 nov 2025 04:05

Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:00  
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 1,4  
Apneia obstrutiva: 3  
IAO: 0,4  
Hipopneias: 6  
IH: 0,8  
Apneias centrais: 1  
IAC: 0,2  
Limitações de Fluxo: 20  
Limitações de Fluxo (/h): 2,9  
SensAwake-Total: 10  
SensAwake (/h): 1,4




PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O  
Mediana: 5,0  
90º Percentil: 5,5  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min  
Mediana: 23  
90º Percentil: 27  
Vazamento Alto\*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4   | 5   | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------|-----|-----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H (min)                | 140 | 210 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 2   | 0   | 1  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 1   | 1   | 3  | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0   | 0   | 1  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 0   | 3   | 17 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |


07 nov 2025

sex 07 nov 2025 23:23 -  
sáb 08 nov 2025 04:09

Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 4:30  
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,9  
Apneia obstrutiva: 1  
IAO: 0,2  
Hipopneias: 3  
IH: 0,7  
Apneias centrais: 0  
IAC: 0,0  
Limitações de Fluxo: 12  
Limitações de Fluxo (/h): 2,6  
SensAwake-Total: 4  
SensAwake (/h): 0,9




PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O  
Mediana: 5,0  
90º Percentil: 5,5  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min  
Mediana: 24  
90º Percentil: 34  
Vazamento Alto\*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4  | 5   | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------|----|-----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H (min)                | 86 | 154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 0  | 1   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 1  | 1   | 1  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 0  | 2   | 10 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |


08 nov 2025

sáb 08 nov 2025 21:47 -  
dom 09 nov 2025 05:09

Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 6:24  
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,2  
Apneia obstrutiva: 0  
IAO: 0,0  
Hipopneias: 1  
IH: 0,2  
Apneias centrais: 0  
IAC: 0,0  
Limitações de Fluxo: 22  
Limitações de Fluxo (/h): 3,4  
SensAwake-Total: 6  
SensAwake (/h): 0,9




PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O  
Mediana: 5,0  
90º Percentil: 6,0  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min  
Mediana: 24  
90º Percentil: 30  
Vazamento Alto\*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4   | 5   | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------|-----|-----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H (min)                | 104 | 198 | 54 | 24 | 4 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 0   | 3   | 12 | 6  | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

09 nov 2025

dom 09 nov 2025 21:21 -  
seg 10 nov 2025 04:21


Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 0,6  
Apneia obstrutiva: 1  
IAO: 0,1  
Hipopneias: 3  
IH: 0,4  
Apneias centrais: 1  
IAC: 0,1  
Limitações de Fluxo: 18  
Limitações de Fluxo (/h): 2,6  
SensAwake-Total: 11  
SensAwake (/h): 1,6




PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O  
Mediana: 5,0  
90º Percentil: 5,5  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min  
Mediana: 22  
90º Percentil: 28  
Vazamento Alto\*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4   | 5   | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------|-----|-----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H (min)                | 170 | 192 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 0   | 0   | 1  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 0   | 1   | 2  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0   | 1   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 1   | 4   | 9  | 4 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |


10 nov 2025

seg 10 nov 2025 22:05 -  
ter 11 nov 2025 03:47

Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 5:42  
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,2  
Apneia obstrutiva: 0  
IAO: 0,0  
Hipopneias: 1  
IH: 0,2  
Apneias centrais: 0  
IAC: 0,0  
Limitações de Fluxo: 11  
Limitações de Fluxo (/h): 1,9  
SensAwake-Total: 7  
SensAwake (/h): 1,2




PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O  
Mediana: 5,0  
90º Percentil: 5,0  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min  
Mediana: 22  
90º Percentil: 35  
Vazamento Alto\*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


|                        |     |     |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------|-----|-----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4   | 5   | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| H (min)                | 108 | 208 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 0   | 0   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 1   | 0   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0   | 0   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 0   | 3   | 7  | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |



11 nov 2025  
ter 11 nov 2025 21:04 -  
qua 12 nov 2025 03:58


Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 0,1  
Apneia obstrutiva: 0  
IAO: 0,0  
Hipopneias: 1  
IH: 0,1  
Apneias centrais: 0  
IAC: 0,0  
Limitações de Fluxo: 24  
Limitações de Fluxo (/h): 3,8  
SensAwake-Total: 7  
SensAwake (/h): 1,0




PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O  
Mediana: 5,0  
90º Percentil: 6,0  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min  
Mediana: 24  
90º Percentil: 35  
Vazamento Alto\*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4  | 5   | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------|----|-----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H (min)                | 28 | 302 | 54 | 28 | 2 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 0  | 0   | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 0  | 4   | 10 | 9  | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |


12 nov 2025

qua 12 nov 2025 21:56 -  
qui 13 nov 2025 02:08

Nome: VANDERLITA PEREIRA      Telefone: —  
Identificação Paciente: —      E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975      Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 4:12  
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 0,6  
Apneia obstrutiva: 1  
IAO: 0,2  
Hipopneias: 1  
IH: 0,2  
Apneias centrais: 1  
IAC: 0,2  
Limitações de Fluxo: 43  
Limitações de Fluxo (/h): 10,5  
SensAwake-Total: 5  
SensAwake (/h): 1,2



PRESSÃO

cmH<sub>2</sub>O


Mediana: 6,0  
90º Percentil: 7,5  
Tempo de Rampa  
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 23  
90º Percentil: 36  
Vazamento Alto\*: 2 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

| P (cmH <sub>2</sub> O) | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H (min)                | 16 | 62 | 90 | 46 | 38 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AO                     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| H                      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| AC                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| LF                     | 0  | 3  | 15 | 16 | 9  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

## ANÁLISE DE 30 DIAS

Nome: VANDERLITA PEREIRA Telefone: —  
Identificação Paciente: — E-mail: —  
Data de Nascimento: 21 jan 1975 Sexo: —

| Data        | Modo | Pressão Ajustada<br>(cmH <sub>2</sub> O) | Umidif. | Ativações da<br>Rampa | Tempo Func.<br>(h:min) | Tempo de<br>Utilização<br>(h:min) | IAH | IAC | Ativações do<br>SensAwake | Pressão do<br>SensAwake<br>(cmH <sub>2</sub> O) | Alívio<br>Expiratório | Pressão de 90º<br>Percentil<br>(cmH <sub>2</sub> O) | Pressão Máx<br>Atingida<br>(cmH <sub>2</sub> O) | Vazamento no<br>90º Percentil<br>(L/min) |
|-------------|------|------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:54                   | 6:54                              | 0,1 | 0,0 | 8                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 6,0                                             | 37                                       |
| 15 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:00                   | 7:00                              | 0,3 | 0,0 | 11                        | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 5,0                                             | 41                                       |
| 16 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 5:18                   | 5:18                              | 0,0 | 0,0 | 5                         | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 6,0                                             | 40                                       |
| 17 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:06                   | 6:06                              | 0,7 | 0,0 | 7                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 6,5                                             | 51                                       |
| 18 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 5:54                   | 5:54                              | 0,5 | 0,2 | 8                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 6,0                                             | 46                                       |
| 19 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:18                   | 6:18                              | 0,4 | 0,2 | 9                         | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 8,0                                             | 46                                       |
| 20 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:30                   | 6:30                              | 1,5 | 0,3 | 9                         | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 9,0                                             | 53                                       |
| 21 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:00                   | 7:00                              | 0,2 | 0,1 | 6                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 6,0                                             | 47                                       |
| 22 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:36                   | 7:36                              | 0,4 | 0,0 | 11                        | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 7,0                                             | 45                                       |
| 23 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:06                   | 6:06                              | 1,2 | 0,2 | 5                         | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 7,0                                             | 53                                       |
| 24 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:06                   | 6:06                              | 1,2 | 0,0 | 10                        | 4,0                                             | 1                     | 6,5                                                 | 8,0                                             | 64                                       |
| 25 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 5:06                   | 5:06                              | 0,6 | 0,0 | 5                         | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 8,5                                             | 45                                       |
| 26 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 8:18                   | 8:18                              | 0,3 | 0,0 | 6                         | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 8,5                                             | 35                                       |
| 27 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:12                   | 7:12                              | 0,7 | 0,1 | 11                        | 4,0                                             | 1                     | 6,5                                                 | 8,0                                             | 26                                       |
| 28 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:18                   | 6:18                              | 0,7 | 0,0 | 12                        | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 8,0                                             | 32                                       |
| 29 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:48                   | 7:48                              | 0,1 | 0,0 | 8                         | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 8,0                                             | 35                                       |
| 30 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:42                   | 6:42                              | 0,1 | 0,0 | 12                        | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 8,0                                             | 32                                       |
| 31 out 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:18                   | 6:18                              | 0,8 | 0,0 | 8                         | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 7,0                                             | 36                                       |
| 01 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 8:36                   | 8:36                              | 1,2 | 0,0 | 10                        | 4,0                                             | 1                     | 6,5                                                 | 7,5                                             | 29                                       |
| 02 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:24                   | 6:24                              | 0,0 | 0,0 | 9                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 7,0                                             | 26                                       |
| 03 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:42                   | 7:42                              | 0,1 | 0,0 | 8                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 6,5                                             | 60                                       |
| 04 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 5:18                   | 5:18                              | 0,4 | 0,0 | 5                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 5,0                                             | 61                                       |
| 05 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:06                   | 6:06                              | 0,2 | 0,2 | 2                         | 4,0                                             | 1                     | 8,0                                                 | 9,5                                             | 30                                       |
| 06 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:00                   | 7:00                              | 1,4 | 0,2 | 10                        | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 7,0                                             | 27                                       |
| 07 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 4:30                   | 4:30                              | 0,9 | 0,0 | 4                         | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 7,0                                             | 34                                       |
| 08 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:24                   | 6:24                              | 0,2 | 0,0 | 6                         | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 7,5                                             | 30                                       |
| 09 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 7:00                   | 7:00                              | 0,6 | 0,1 | 11                        | 4,0                                             | 1                     | 5,5                                                 | 7,0                                             | 28                                       |
| 10 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 5:42                   | 5:42                              | 0,2 | 0,0 | 7                         | 4,0                                             | 1                     | 5,0                                                 | 7,0                                             | 35                                       |
| 11 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 0,0     | 0                     | 6:54                   | 6:54                              | 0,1 | 0,0 | 7                         | 4,0                                             | 1                     | 6,0                                                 | 7,5                                             | 35                                       |
| 12 nov 2025 | Auto | Mín. 5,0 Máx. 12,0                       | 1,0     | 0                     | 4:12                   | 4:12                              | 0,6 | 0,2 | 5                         | 4,0                                             | 1                     | 7,5                                                 | 8,0                                             | 36                                       |