

ZULEICA MARQUES ALVES				
MEDICAMENTOS:	Dra Ligia Bueno			
SINTOMAS/QUEIXAS				
	Nega HAS / DM			
HORA QUE DORME	00:00			
HORA QUE ACORDA	05:30			
SONECA DURANTE O DIA	nao			
HORARIO DAS REFEIÇÕES				
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:	
18/03 P= 10,7 cmH ₂ O				
22 IAH = 2.3				
m. de uso: 5h53'				
Bem adaptada, não apresenta sono				
Linha.				
mandei relatório p/ Dra Ligia				
fua				
20 P= 10,9				
05 IAH = 1,9				
22 M de uso: 6h30'				
12 P= 10,8				
08 IAH = 1,3				
22 M. de uso: 6h46'				
fua				
21/10 P= 10,7				
IAH = 1,4				
m. de uso: 5h44'				
Bem adaptada, s/ queixas				
12000 filtro				
fua				
27/01 P= 10,9				
23 IAH = 1,3				
Fuga = 18,0				
m. de uso: 5h53'				
Relato que entrou				
água no epap.				
fua				
09/05 P= 10,9 cmH ₂ O				
25 IAH = 0,9 e/ou				
m. de uso: 6h30'				
fuga = 39,7				
troco a masc. p/				
Pileow				
filtro				
traqueia				
fua				