


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/01/2026 - 09/02/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	24 dias (80%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	185 horas 34 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 38 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/02/2026)	4,788 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292589
Modo	CPAP
Pressão definida	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 7.2	Máximo: 17.4	
Eventos por hora	IA: 3.7	IH: 0.6	IAH: 4.3	
Índice de apneia	Central: 2.2	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292589


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

