


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/07/2025 - 01/08/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	54 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 48 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 53 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/08/2025)	7,198 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211190143
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 10.3	Máximo: 11.1	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 4.1	Máximo: 15.1	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.2	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211190143


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

