


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/08/2025 - 13/08/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	4 dias (67%)	
< 4 horas	2 dias (33%)	
Horas de utilização	27 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 0 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/08/2025)	97 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881530
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 14.8	Máximo: 26.6	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 0.3	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881530

