

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

28/07/2025 - 10/08/2025

Dias de utilização		12/14 dias (86%)	
>= 4 horas		9 dias (64%)	
< 4 horas		3 dias (21%)	
Horas de utilização		56 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 43 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 30 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/08/2025)		4,092 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22191750992	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 7.3	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 8.1
Fugas — l/min	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 25.2	Máximo: 40.9
Eventos por hora	IA: 3.9	IH: 0.6	IAH: 4.5
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 3.8	Desconhecid 0.1
Índice RERA	0.1		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191750992


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

