


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/08/2025 - 19/08/2025
Dias de utilização	15/15 dias (100%)	
>= 4 horas	15 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	102 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 51 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/08/2025)	3,299 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653877
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 23.4	Máximo: 54.9	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.8	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653877

