


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/01/2026 - 19/02/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	186 horas 18 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 13 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 39 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 38 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/02/2026)	1,057 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217480
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 19.0
Eventos por hora	IAH: 1.3

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 CPAP

NS: 22242217480

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/30 (93 %)**


>= 4 horas dias **28 (93 %)**

< 4 horas dias **0 (0 %)**

Dias sem utilização **2 (7 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,7 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

% 95.º (méd.) **19,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **1.3**

