

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

06/08/2025 - 02/09/2025

Dias de utilização		24/28 dias (86%)	
>= 4 horas		15 dias (54%)	
< 4 horas		9 dias (32%)	
Horas de utilização		105 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)		3 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 23 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/09/2025)		2,655 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22222291904	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		7 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 4.7	Percentil 95.º: 5.8	Máximo: 6.4
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 34.1
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.1	IAH: 1.5
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid 0.8
Índice RERA	0.1		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)			0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291904


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

