


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/07/2025 - 05/08/2025
Dias de utilização	23/29 dias (79%)	
>= 4 horas	19 dias (66%)	
< 4 horas	4 dias (14%)	
Horas de utilização	123 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 46 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/08/2025)	2,550 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291904
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	4.8	Percentil 95.º:	6.2	Máximo:	6.7
Fugas — l/min	Mediana:	0.1	Percentil 95.º:	3.7	Máximo:	33.2
Eventos por hora	IA:	0.8	IH:	0.1	IAH:	0.9
Índice de apneia	Central:	0.0	Obstrutiva:	0.3	Desconhecid	0.4
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291904


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

